

Radom, dn. 30.11.2020r.

Odpowiedź na pytanie oraz modyfikacja treści SIWZ i ogłoszenia **z dn. 30.11.2020 r.**

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Dostawa akcesoriów i odczynników chemicznych” – nr sprawy: DZ/110/2020.

Zamawiający, działając w trybie § 38 ust.1 i 6 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o. z dn. 18.09.2017r. odpowiada na pytanie zadane przez jednego z Wykonawców oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ w nw. zakresie.

Pytanie 1

Dotyczy Załącznika nr 4 – Formularz cenowy, Zadanie 1 Pozycja 13.

Zamawiający wymaga dostarczenia testu o następujących parametrach:

Chrom 0,03-1,0 mg/l, kuweta 50 mm kompatybilna z DR 5000, 20 szt.

Testy kompatybilne z DR 5000 w ww. zakresie występują tylko w kuwetach okrągłych 13 mm z kodem 2D. Opakowanie zawiera 25 szt. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie takich testów.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza ww. testy.



KIEROWNIK
DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
mgr Barbara Gauze